

ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)

Taotluse „ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)“ kohta palume esitada järgmised

lisaandmed:

1. täpsustada alternatiivsete aparatuuri mudelid ja hinnad, esitada nende kohta tehnilised andmed tootjatelt.

2. Kas vajadus teenuse järele on suurem, kui senine võimalus, 3 korda kuus? Kui jah, palume esitada prognoositav teenuse hulk (aastal 2014 osutati ravikindlustuse andmetel koodiga 7168 tähistatud teenust 281 korda)?

3. esitada seadme ostuarve koopia.

1. Alternatiivsete seadmetena on veel saadaval „Dornier Compact Sigma“, „EDAP Sonolith i-Sys“, „Storz Medical Modulith SLK inline“, „Storz Medical Modulith SLK“ ning nende erinevad modifikatsioonid. Samas tuleb silmas pidada ,et alternatiivsed seadmed pole reeglina samaväärsed funktsionaalsusega (Vt . lisatud andmed)

2. Reaalselt patsientide arv kindlasti kasvab, võib olla kuni 350 pt.-i aastas. Just sellepärast ,et paraneb ESWL protseduuri kättesaadavus, kuna tegemist on statsionaarse ja iga päev kättesaadava seadmega . Patsiendid ei pea ootama protseduuri. Statsionaarse litotriptori olemasolu võimaldab meil teha kivipurustusi isegi nendele patsientidele kellel varem piiratud ESWL-i ressursi tõttu oli tehtud endoskoopiline operatsioon.

3. SA PERH läbiviidud riigihanke järgselt on sõlminud hankelepingu seadmele „EDAP DMS Sonolith i-Move“ maksumusega 352500€ + KM, milles sisaldub seadme hind, 1000 protseduuri jaoks vajalike seadmespetsiifiliste tarvikute hind ning garantiijärgne 3 aastane hooldus. Seadme installatsioon planeeritud 2015 a lõppu vastavalt SA PERH C-korpuse renoveerimistöde ajakavale. Teine riigihankele laekunud pakkumus oli seadmele „Storz Medical Modulith SLX-F2 semi stationary“, mille analoogsetele tingimustele vastav hinnapakumus oli 399000€ + KM.